



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздрав России)

П Р И К А З

21 февраля 2020.

Москва



№ 114Н

**О внесении изменений
в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской Федерации, утверждающие порядки
оказания медицинской помощи**

В соответствии с подпунктом 5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526),
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи.

Министр

М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «21» февраля 2020 г. № 114н

**Изменения,
которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие
порядки оказания медицинской помощи**

1. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. № 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2010 г., регистрационный № 17073), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 360н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24050):

а) в разделе «Стандарт оснащения кабинета колопроктологии» позиции, касающиеся лампы бактерицидной настенной, изложить в следующих редакциях:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
--	-------------	----

б) в разделе «Стандарт оснащения отделения колопроктологии» позицию, касающуюся бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
--	-------------	----

в) в разделе «Стандарт оснащения центра колопроктологии» позиции, касающиеся бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующих редакциях:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
--	-------------	----

г) дополнить сноской < * > следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606);

д) сноску <*> считать сноской <***>.

2. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 17н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2012 г., регистрационный № 23446), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2018 г., регистрационный № 52727 (далее – порядок № 17н):

а) в приложении № 3 к порядку № 17н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
	4. воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей			

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606);

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 9 к порядку № 17н:
пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁴	»;
----------	---	--	-------------------------	----

дополнить пункт 13 приложения № 9 к порядку № 17н сноской <4> следующего содержания:

«<4> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

3. В Порядке оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23726) (далее – порядок № 69н):

а) в приложении № 3 к порядку № 69н:

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ^{**}	»;
---	--	--	--------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 69н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <*> считать сноской <*>;

б) в приложении № 6 к порядку № 69н:

позиции, касающиеся облучателя бактерицидного стационарного настенного и облучателя-рециркулятора передвижного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
--	----------------

в) дополнить приложение № 6 к порядку № 69н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>.

4. В Порядке оказания педиатрической помощи, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 г., регистрационный № 24361) (далее – порядок № 366н):

а) в приложении № 3 к порядку № 366н:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 9.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
------	--	----------------

дополнить приложение № 3 к порядку № 366н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 6 к порядку № 366н:

пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	----	--	--------------------------------	-------------	----

пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	----	--	--------------------------------	-------------	----

пункт 6 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	----	--	--------------------------------	-------------	----

пункт 32 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«	32.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------	----

пункты 33 и 35 раздела 4 признать утратившими силу;

пункт 10 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------	----

пункт 17 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«	17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------	----

	поверхностей	
--	--------------	--

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <****>;

в) в приложении № 9 к порядку № 366н:

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«	38.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 366н:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 24 признать утратившим силу;
 дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

5. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «косметология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 381н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2012 г., регистрационный № 24196) (далее – порядок № 381н):

а) в приложении № 2 к порядку № 381н:

пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
---------	--	-------------------

пункт 6 раздела 2 признать утратившим силу;

пункт 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
---------	--	-------------------

пункт 6 раздела 3 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 5 к порядку № 381н:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 2.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
---------	--	-------------

пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 8 к порядку № 381н:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
---------	--	-------------

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 11 к порядку № 381н:

пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 *	»;
---------	---	---	--------------	----

пункт 5 раздела 2 признать утратившим силу;

д) дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 14 к порядку № 381н:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 *	»;
---------	---	---	--------------	----

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

6. В Порядке оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 521н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2012 г., регистрационный № 24867) (далее – порядок № 521н):

а) в приложении № 3 к порядку № 521н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункты 36 и 68 признать утратившими силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 521н:

пункт 25 изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункты 46, 82 и 117 признать утратившими силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

7. В Положении об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный № 24726), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2015 г., регистрационный № 37921), от 30 сентября 2015 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822), от 30 марта 2018 г. № 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный № 51917), от 27 марта 2019 г. № 164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный № 54470), от 3 декабря 2019 г. № 984н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., регистрационный № 57452) (далее – положение № 543н):

а) в приложении № 11 к положению № 543н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 11 к положению № 543н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <1> считать сноской <2>;

б) в приложении № 14 к положению № 543н:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

« 20.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ²	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 14 к положению № 543н сноской <2> следующего содержания:

«<2> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <2> считать сноской <3>;

в) в приложении № 23 к положению № 543н:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

пункт 11 признать утратившим силу;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <1> считать сноской <2>;

г) в приложении № 24 к положению № 543н:

пункт 27 раздела 1 изложить в следующей редакции

«	27.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ²	»;
---	-----	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <2> следующего содержания:

«<2> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

8. В Порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный № 24895), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2018 г., регистрационный № 52623) (далее – порядок № 566н):

а) в приложении № 3 к порядку № 566н:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«	17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ^{**}	»;
---	-----	---	---	-----------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 566н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 30 к порядку № 566н:

пункт 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	20. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1***	»;
---	--	------------------	----

дополнить приложение № 30 к порядку № 566н сноской <***> следующего содержания:

«<***>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

9. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2012 г., регистрационный № 26000), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 773н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2016 г., регистрационный № 44175) (далее – порядок № 440н):

а) в приложения № 3 к порядку № 440н:

пункт 12 изложить в следующей редакции

« 12.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 440н сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 440н:

пункт 33 раздела «Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» изложить в следующей редакции:

« 33.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

пункт 19 раздела «Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения» изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 440н сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

10. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 441н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26370), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 775н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44225) (далее – порядок № 441н):

а) в приложении № 3 к порядку № 441н:

пункт 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 441н сноской <*> следующего содержания:

<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 441н:

пункт 18 раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

пункт 9 раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 9.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
---------	--	-------------------

пункт 19 раздела 4 изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

дополнить приложение № 6 к порядку № 441н сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

11. В Порядке оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26208) (далее – порядок № 442н):

а) в приложении № 3 к порядку № 442н:

пункт 37 изложить в следующей редакции

«	37.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 442н:

пункт 41 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	41.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить раздел 1 сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 68 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	68.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1**	»;
---	-----	---	-----------------------	-----------------	----

дополнить раздел 2 сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 15 раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
----------	--	-------------

дополнить раздел 3 сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 23 раздела 4 изложить в следующей редакции:

« 23.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1**
----------	--	--------------

дополнить раздел 4 сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 442н:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

« 33.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 442н:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

д) дополнить приложение № 12 к порядку № 442н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

12. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г., регистрационный № 27833), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный № 30142), от 4 июля 2017 г. № 380н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47531) (далее – порядок № 560н):

а) в приложении № 3 к порядку № 560н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 560н:

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	34.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--	-------------	----

пункт 22 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

13. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 561н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26269) (далее – порядок № 561н):

а) в приложении № 3 к порядку № 561н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 561н:

пункт 38 изложить в следующей редакции:

« 38.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 561н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

14. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27960), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 17 января 2014 г. № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный № 31644), от 11 июня 2015 г. № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный № 37983), от 12 января 2016 г. № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный № 41053) (далее – порядок № 572н):

а) в приложении № 3 к порядку № 572н:

пункт 19 раздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)» изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный	облучатель/очиститель	»;
-------	---------------	-----------------------	----

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	--

пункт 29 раздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

«	29.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

пункт 6 раздела «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 3 раздела «Кабинет врача-стоматолога» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 16 раздела «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

пункт 26 раздела «Малая операционная» изложить в следующей редакции:

«	26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

пункт 15 раздела «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

пункт 1 раздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	»;
---	----	--	----

	фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	---

пункт 11 раздела «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

«	11*. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---	---

пункт 13 раздела «Физиотерапевтический кабинет» признать утратившим силу;

пункт 8 раздела «Рентгеновский (маммографический) кабинет» изложить в следующей редакции:

«	8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---	---

пункт 3 раздела «Стерилизационная» изложить в следующей редакции:

«	3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---	---

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 8 к порядку № 572н:

в разделе 1 «Акушерский стационар»:

пункт 3 подраздела 1.1.1 «Комната-фильтр» изложить в следующей редакции:

«	3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции»;
---	--

	поверхностей**
--	----------------

пункт 27 подраздела 1.1.2 «Смотровая» изложить в следующей редакции:

«	27.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 16 подраздела 1.2 «Отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 19 подраздела 1.3.1 «Предродовая палата» изложить в следующей редакции:

«	19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 29 подраздела 1.3.2 «Родовый зал (индивидуальный родовый зал)» изложить в следующей редакции:

«	29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 4 подраздела «Предоперационная» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 15 подраздела «Операционная» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 6 подраздела «Материальная» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	»;
---	----	---	----

	поверхностей**
--	----------------

пункт 16 подраздела 1.3.4 «Послеродовое палатное отделение» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 14 подраздела 1.4 «Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин» изложить в следующей редакции:

«	14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 25 раздела 3 «Гинекологическое отделение» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 17 раздела 4 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 11 раздела 5 «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 11 раздела 6 «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 8 раздела 7 «Рентгеновский кабинет» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	»;
---	----	---	----

	фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	---

пункт 11 раздела 8 «Централизованное стерилизационное отделение» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

дополнить приложение № 8 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 11 к порядку № 572н:

в разделе 1 «Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)»:

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 29 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

«	29.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 18 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 10 подраздела «Кабинет врача-уролога» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	»;
---	-----	--	----

	филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	--

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 25 подраздела «Малая операционная» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.2 «Отделение функциональной диагностики» пункт 15 подраздела «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.2 «Отделение функциональной диагностики» пункт 10 подраздела «Кабинет электрокардиографических исследований» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 14 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» изложить в следующей редакции:

«	14.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 8 подраздела «Кабинет врача-уролога» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) филтрации воздуха и (или) дезинфекции	»;
---	----	--	----

	поверхностей**
--	----------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 8 подраздела «Малая операционная (манипуляционная)» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 12 подраздела «Эмбриологическая комната» изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 2 подраздела «Стерилизационная» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 13 подраздела 1.4 «Физиотерапевтическое отделение (кабинет)» изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в разделе 2 «Приемное отделение»:

пункт 3 подраздела «Фильтр» изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 27 подраздела «Помещения приема в родовое отделение» изложить в следующей редакции:

« 27.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 26 подраздела «Родовые боксы» изложить в следующей редакции:

« 26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 31 подраздела «Родовые боксы» изложить в следующей редакции:

« 31.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 13 подраздела «Помещения приема в отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 8 подраздела «Помещения приема в гинекологическое отделение» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---------	--

пункт 10 подраздела «Помещения приема в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

в разделе 3 «Акушерский стационар»:

пункт 16 подраздела 3.1 «Отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

в подразделе 3.2 «Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными»:

пункт 29 изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 4 подраздела «А. Предоперационная» подраздела «Операционные родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---------	--

пункт 5 подраздела «А. Предоперационная» подраздела «Операционные родового отделения» признать утратившими силу;

пункт 25 подраздела «Б. Операционная» подраздела «Операционные родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 6 подраздела «Г. Материальная» подраздела «Операционные родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
---------	--

пункт 30 подраздела 3.3 «Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 30.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 16 подраздела 3.4 «Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**»;
----------	--

пункт 12 подраздела 3.6 «Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции» изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 55 подраздела 4.4 «Отделение хирургии новорожденных» раздела 4 «Неонатологический стационар» изложить в следующей редакции:

«	55.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в разделе 5 «Гинекологическое отделение с операционными»:
пункт 25 изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 18 подраздела «Операционная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 3 подраздела «Предоперационная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 11 подраздела «Помещение подготовки больных (наркозная)» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 6 подраздела «Инструментально-материальная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 5 подраздела «Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 11 подраздела «Зал пробуждения после наркоза на 2 койки» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

в разделе 6 «Клинико-диагностическое отделение»:

пункт 4 подраздела «Помещение приема, регистрации и сортировки проб» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 3 подраздела «Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 9 подраздела «Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

	фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	---

пункт 4 подраздела «Помещение для окраски мазков» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 8 подраздела «Лаборатория биохимических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 8 подраздела «Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 1 подраздела 6.2 «Бактериологическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 10 подраздела «Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

пункт 2 подраздела «Автоклавная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 5 подраздела «Центрифужная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 6 подраздела «Моечная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 5 подраздела «Дистиляционная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 5 подраздела «Кладовые» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

в разделе 11 «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами»:

пункт 11 подраздела 11.1 «Централизованное стерилизационное отделение» изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 4 подраздела 11.4 «Дезинфекционное отделение» изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

дополнить приложение № 11 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

«<*>Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 19 к порядку № 572н:

пункт 25 изложить в следующей редакции

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель (или) дезинфекции »;
----------	---	---

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 24 к порядку № 572н:

пункт 19 подраздела «Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста)» подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель (или) дезинфекции »;
----------	---	---

пункт 29 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Кабинет врача-уролога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Кабинет врача-дерматовенеролога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 12 подраздела «Кабинет врача-эндокринолога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 6 подраздела «Кабинет врача-сексолога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 4 подраздела «Кабинет врача-генетика» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 16 подраздела «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 12 подраздела «Кабинет функциональной диагностики» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Физиотерапевтический кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 26 подраздела «Малая операционная» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 26.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 8 подраздела «Рентгеновский (маммографический) кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 17 подраздела «Клинико-диагностическая лаборатория» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 14 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 8 подраздела «Кабинет врача-уролога» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 8 подраздела «Малая операционная (манипуляционная)» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 12 подраздела «Эмбриологическая комната» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

	поверхностей**
--	----------------

пункт 2 подраздела «Стерилизационная» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 25 раздела «3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 3 раздела «5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

дополнить приложение № 24 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 27 к порядку № 572н:

пункт 29 раздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

«	29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 25 раздела «Кабинет врача-детского уролога-андролога» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

пункт 11 раздела «Кабинет врача-терапевта подросткового» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

пункт 6 раздела «Кабинет врача-психиатра-нарколога Кабинет врача-психиатра подросткового Кабинет врача-дерматовенеролога Кабинет врача-сексолога Кабинет врача-рефлексотерапевта Кабинет врача-эндокринолога» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 1 раздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 16 раздела «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

пункт 8 раздела «Манипуляционная» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 15 раздела «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

	поверхностей**
--	----------------

пункт 3 подраздела «Стерилизационная» раздела «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	----	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Дневной стационар» раздела «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

ж) пункт 18 приложения № 30 к порядку № 572н изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---	-----	---	-----------------------------

з) пункт 21 приложения № 33 к порядку № 572н изложить в следующей редакции:

«	21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель ».
---	-----	---	-----------------------------

дополнить приложение № 27 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

15. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26267) (далее – порядок № 689н):

а) в приложении № 3 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения помещения для приема больных ВИЧ-инфекцией кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией» позицию, касающуюся бактерицидной установки рециркуляторного типа, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекциями» позицию, касающуюся бактерицидной установки рециркуляторного типа, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
--	--------------------------------	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения кабинета врача-инфекциониста» позиции, касающиеся облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--------------------------------	-------------	----

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
---	--

в разделе 3 «Стандарт оснащения кабинета врача-оториноларинголога» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 5 «Стандарт оснащения кабинета врача стоматолога-терапевта» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 7 «Стандарт оснащения клиничко-диагностической лаборатории» позиции, касающиеся облучателя-рециркулятора бактерицидного и облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 8 «Стандарт оснащения процедурного кабинета» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 10 «Стандарт оснащения кабинета врача акушера-гинеколога» позиции, касающиеся облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного закрытого типа, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 11 «Стандарт оснащения кабинета врача-терапевта» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 12 «Стандарт оснащения кабинета врача-дерматолога» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

дополнить приложение № 6 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 689н:

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в следующей редакции:

Бактерицидный облучатель/очиститель « воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
--	-------------

дополнить приложение № 9 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения кабинета врача кабинета психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

Бактерицидный облучатель/очиститель « воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	Не менее 1*
---	-------------

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
---	--

в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

Бактерицидный « воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
--	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 12 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

16. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 898н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 г., регистрационный № 26192) (далее – порядок № 898н):

а) пункт 5 приложения № 3 к порядку № 898н изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный 5. воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1 ¹	»;
---	---	-----------------------	-------------------------	----

б) дополнить приложение № 3 к порядку № 898н сноской <1> следующего содержания:

<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

17. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 899н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26368) (далее – порядок № 899н):

а) пункт 3 приложения № 8 к порядку № 899н изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	----	--	--------------------------------	-------------------------	----

б) дополнить приложение № 8 к порядку № 899н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

18. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26373) (далее – порядок № 900н):

а) в приложении № 3 к порядку № 900н:

пункт 12 изложить в следующей редакции

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 900н:

пункт 15 раздела 1 «Стандарт оснащения ревматологического отделения (за исключением процедурного кабинета для проведения внутрисуставных манипуляций)» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------------------	----

пункт 9 раздела 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета для проведения внутрисуставных манипуляций» изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	----	---	--------------------------------	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 900н:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 900н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 900н:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

19. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 901н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26374) (далее – порядок № 901н):

а) в приложении № 3 к порядку № 901н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 901н:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 901н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 10 к порядку № 901н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 10 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложения № 13 к порядку № 901н:

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«	23.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 13 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 16 к порядку № 901н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

20. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 907н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26478) (далее – порядок № 907н):

а) в приложении № 3 к порядку № 907н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 907н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 6 к порядку № 907н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 907н:

пункт 23 изложить в следующей редакции:

« 23.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

21. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 908н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26216), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2014 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2014 г., регистрационный № 32231) (далее – порядок № 908н):

а) в приложении № 3 порядка № 908н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 908н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 908н:

пункт 22 раздела 1 «Стандарт оснащения детского эндокринологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 908н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

22. В Порядке оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26214), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2013 г. № 469н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2013 г., регистрационный № 29284), от 19 августа 2014 г. № 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября

2014 г., регистрационный № 34072), от 3 августа 2015 г. № 513н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 г., регистрационный № 38530), от 28 сентября 2016 г. № 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2016 г., регистрационный № 44309) (далее – порядок № 910н):

а) в приложении № 3 к порядку № 910н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

б) в приложении № 6 к порядку № 910н:

пункт 4 изложить в следующей редакции

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

в) в приложении № 9 к порядку № 910н:

пункт 6 раздела 1 «Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники (отделения) (за исключением отделения (кабинета) терапевтического, отделения (кабинета) хирургического, мобильного стоматологического кабинета, отделения (кабинета) ортодонтического, ортодонтической зуботехнической лаборатории, центрального стерилизационного отделения, рентгенологического кабинета)» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 10 раздела 2 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 11 раздела 2 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического» признать утратившим силу;

пункт 6 раздела 3 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортодонтического» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 5 раздела 4 «Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета» изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 4 раздела 7 «Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 910н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 910н:

пункт 3 раздела 1 «Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета врача-ортодонта, кабинета зубного техника)» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	---	-------------	----

пункт 4 раздела 1 «Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета врача-ортодонта, кабинета зубного техника)» признать утратившим силу;

пункт 3 раздела 2 «Стандарт оснащения операционной» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	---	-------------	----

пункт 4 раздела 2 «Стандарт оснащения операционной» признать утратившим силу;

пункт 2 раздела 3 «Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	---	-------------	----

пункт 4 раздела 4 «Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта» изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 12 к порядку № 910н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

23. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденном приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 911н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26268):

а) пункт 36 изложить в следующей редакции:

« 36.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

б) дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

24. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 916н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26264) (далее – порядок 916н):

а) в приложении № 6 к порядку № 916н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*
----	---	---	-------------

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 9 к порядку № 916н:

пункт 44 изложить в следующей редакции:

44.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1**
-----	---	---	-----------------

дополнить приложение № 9 к порядку № 916н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с

изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

25. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 917н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26301) (:

а) в разделе 1 «Стандарт оснащения консультативного отделения»:
пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 14 признать утратившим силу;

б) в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурной»
пункт 9 изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	----	--	-------------------------	----

пункт 10 признать утратившим силу;

в) в разделе 3 «Стандарт оснащения цитогенетической лаборатории»:
пункт 26 изложить в следующей редакции:

«	26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 27 признать утратившим силу;

г) в разделе 4 «Стандарт оснащения лаборатории массового скрининга»
пункт 11 изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 12 признать утратившим силу;

д) в разделе 6 «Стандарт оснащения лаборатории молекулярно-генетической диагностики»:

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«	36.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 37 признать утратившим силу;

е) в разделе 7 «Стандарт оснащения манипуляционной (операционной)»

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 14 признать утратившим силу;

ж) в разделе 8 «Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики (за исключением манипуляционной (операционной), кабинета врача-акушера-гинеколога, кабинета ультразвуковой диагностики)»

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«	32.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 33 признать утратившим силу;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

26. В Порядке оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26483), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

30 апреля 2014 г., регистрационный № 32170), от 22 февраля 2019 г. № 89н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2019 г., регистрационный № 54730) (далее – порядок № 918н):

а) в приложении № 3 к порядку № 918н:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 918н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 10 к порядку № 918н:
пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 19 к порядку № 918н:
пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 19 к порядку № 918н сноской <***> следующего содержания:

<***> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 28 к порядку № 918н:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«	7.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	----	---	--------------------------------	-------------	----

дополнить приложение № 28 к порядку № 918н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <*>;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <****>.

27. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 922н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28161) (далее – порядок № 922н):

а) в приложении № 3 к порядку № 922н:

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«	24.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения хирургического дневного стационара (за исключением операционной (операционного блока))» приложения № 6 к порядку № 922н изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 922н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <*>;

в) в приложении № 9 к порядку № 922н:

пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением операционной (операционного блока))» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

г) дополнить приложение № 9 к порядку № 922н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

сноску <*> считать сноской <*>;

28. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «дерматовенерология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 924н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26302) (далее – порядок № 924н):

а) в приложении № 8 к порядку № 924н:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <*>;
 сноску <*> считать сноской <*>;
 сноску <*> считать сноской <*>;
 сноску <*> считать сноской <*>;

б) в приложении № 11 к порядку № 924н:
 пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 11 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 14 к порядку № 924н:
 пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 14 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 17 к порядку № 924н:

пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения клинико-диагностического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 11 раздела 2 «Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) подразделения» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 6 раздела 3 «Стандарт оснащения биохимического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 16 раздела 4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического) подразделения» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 16 раздела 5 «Стандарт оснащения молекулярно-биологического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 7 раздела 6 «Стандарт оснащения микологического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	7.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 8 раздела 7 «Стандарт оснащения патоморфологического подразделения» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 17 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 23 к порядку № 924н:

пункт 8 раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

раздел 1 дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> раздела 1 считать сноской <***>;

сноску <***> раздела 1 считать сноской <****>;

сноску <***> раздела 1 считать сноской <****>;
 сноску <****> раздела 1 считать сноской <*****>;

пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

раздел 2 дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 14 подраздела «Клинико-диагностическое подразделение» раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункт 17 подраздела «Микробиологическое (бактериологическое) подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункт 7 подраздела «Биохимическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

« 7.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

пункт 22 подраздела «Иммунохимическое (серологическое) подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 23 подраздела «Молекулярно-биологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	23.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 8 подраздела «Микологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 15 подраздела «Патоморфологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

раздел 3 дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

29. В Порядке оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 927н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., регистрационный № 26634) (далее – порядок № 927н):

а) в приложении № 3 к порядку № 927н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«	22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 927н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 927н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«	22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

30. В Порядке оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2013 г., регистрационный № 27353), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 88н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный № 54186), от 13 июня 2019 г. № 394н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2019 г., регистрационный № 55219) (далее – порядок № 928н):

а) пункт 54 раздела 1 «Стандарт оснащения неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» приложения № 3 к порядку № 928н изложить в следующей редакции:

«	54.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1***	»;
---	-----	---	---	------------------	----

б) дополнить раздел 1 приложения № 3 к порядку № 928н сноской <***> следующего содержания:

<***> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

31. В Порядке оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27557), с

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 127н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2019 г., регистрационный № 54975) (далее – порядок № 932н):

а) в приложении № 3 к порядку № 932н:

пункт 117 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	117.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	75.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	97.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 932н сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 7 к порядку № 932н:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 *	»;
---	-----	---	--------------------------------	--------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 10 к порядку № 932н:

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 *	»;
---	-----	---	--------------------------------	--------------	----

пункт 16 раздела 2 признать утратившим силу,

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	75.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 *	»;
---	-----	---	--------------------------------	--------------	----

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	97.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 *	»;
---	-----	---	--------------------------------	--------------	----

дополнить приложение № 10 к порядку № 932н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 22 к порядку № 932н:

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«	40.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 123 изложить в следующей редакции:

«	123.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 308 изложить в следующей редакции:

«	308.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 420 изложить в следующей редакции:

«	402.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 25 к порядку № 932н:
пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

32. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26510), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 776н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44228) (далее – порядок № 1047н):

а) в приложении № 3 к порядку № 1047н:
пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	--	-------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 1047н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 1047н:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

« 20.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	--	-------------------------	----

пункт 21 признать утратившим силу;

дополнить приложение <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

33. В Порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422), с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г. № 54706) (далее – порядок № 388н):

а) в приложении № 5 к порядку № 388н:

пункт 2.23 изложить в следующей редакции:

« 2.23	Бактерицидный	облучатель/очиститель	Не менее	»;
--------	---------------	-----------------------	----------	----

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1*
--	--	----

пункт 3.35 изложить в следующей редакции:

«	3.35	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 4.27 изложить в следующей редакции:

«	4.27	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 5.41 изложить в следующей редакции:

«	5.41	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 6.36 изложить в следующей редакции:

«	6.36	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 11 к порядку № 388н:

пункт 1.18 раздела 1 «Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи (за исключением структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий)» изложить в следующей редакции:

«	1.18	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 1.19 раздела 1 «Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи (за исключением структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий)» изложить в следующей редакции:

«	1.19	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 2.1.23 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.1.23	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--------	--	-------------	----

пункт 2.2.3 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.2.3	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	-------------	----

пункт 2.3.5 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.3.5	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	-------------	----

пункт 2.4.8 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.4.8	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	-------------	----

пункт 2.5.4 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.5.4	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	----------------	----

пункт 2.6.38 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.6.38	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--------	--	----------------	----

пункт 2.7.2 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.7.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	----------------	----

пункт 2.8.2 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.8.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	----------------	----

пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.9.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-------	--	----------------	----

пункт 2.10.31 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.10.31	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	---------	---	----------------	----

	поверхностей	
--	--------------	--

пункт 2.11.11 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.11.11	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	---------	--	-------------	----

пункт 2.12.11 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.12.11	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	---------	--	-------------	----

пункт 2.13.57 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«	2.13.57	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	---------	--	-------------	----

пункты 2.13.58, 2.13.59, 2.13.60 раздела 2 «Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи» признать утратившими силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 14:

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«	44. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

34. В Порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный № 31045), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 39538) (далее – порядок № 822н):

в приложении № 3 к порядку № 822н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«	15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ²	»;
---	--	-------------------------	----

дополнить сноской <2> следующего содержания:

«<2> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного

санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <2> считать сноской <3>.

35. В Порядке организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822) (далее – порядок № 683н):

в приложении № 3 к порядку № 683н:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 683 сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

36. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2016 г., регистрационный № 41495), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 573н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2019 г., регистрационный № 55826) (далее – порядок № 1034н):

а) в приложении № 24 к порядку № 1034н:

пункт 25 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------------------	----

дополнить приложение № 24 к порядку № 1034н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 27 к порядку № 1034н:
пункт 21 изложить в следующей редакции:

«	21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	--------------------------------	-------------------------	----

дополнить приложение № 27 к порядку № 1034н сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

37. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 38н (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 14 марта 2016 г., регистрационный № 41405) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1067н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный № 57070) (далее – порядок № 38н):

а) в приложении № 6 к порядку № 38н:

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции

« 34.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 9 к порядку № 38н:

пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

38. В Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42578), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 130н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный № 55168) (далее – порядок № 134н):

а) в приложении № 8 к порядку № 134н:

пункт 45 раздела I изложить в следующей редакции:

«	45.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 43 раздела II изложить в следующей редакции:

«	43.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

дополнить приложение № 8 к порядку № 134н сноской <i> следующего содержания:

<<i> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <i> считать сноской <ii>;

сноску <ii> считать сноской <iii>;

б) в приложении № 11 к порядку № 134н:

пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁱ	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <i> следующего содержания:

«<i> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <i> считать сноской <ii>;

в) в приложении № 13 к порядку № 134н:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁱ	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <i> следующего содержания:

«<i> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

39. В Порядке организации санаторно-курортного лечения, утвержденном приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42580) (далее – порядок № 279н):

а) в приложении № 3 к порядку № 279н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---------	---	--	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 279н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---------	---	--	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от

10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 279н:

пункт 5 изложить в следующей редакции

«	5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1 ¹	»;
---	----	---	-----------------------	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 279н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1 ¹	»;
---	----	---	-----------------------	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 15 к порядку № 279н:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 18 «к порядку № 279н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«<1> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».